

耐火物技術協会
炭素分析装置校正用耐火物標準物質系列
JRRM 1000シリーズ組成値表
(JRRM1001~1009)

単位:mass%

化学成分 (化学記号)	認証値		参考値	
	全炭素 (T.C)	遊離炭素 (F.C)	炭化けい素 (SiC)	強熱減量 (LOI)
JRRM 1001(SiC 100)	29.81	0.04	99.58
JRRM 1002(C 5)	5.03	4.98	5.11
JRRM 1003(C 10)	10.06	10.01	10.11
JRRM 1004(C 20)	20.04	19.92	20.01
JRRM 1005(C 30)	29.93	29.81	29.95
JRRM 1006(C 50)	49.99	49.97	49.95
JRRM 1007(C 10-SiC 90)	36.75	10.01	89.29
JRRM 1008(C 5-SiC 30)	14.12	5.21	29.74
JRRM 1009(C 40-SiC 6)	39.43	37.67	6.18

上記認証値及び参考値は、110±5℃で2時間乾燥後の試料における含有率を示す。

〈認証・調製
値付け機関〉

耐火物技術協会

〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-13

(Tel) 03(3572)0705 (Fax) 03(3572)0175

〈頒布機関〉

西進商事株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-4-4

(Tel) 078(303)3810 (Fax) 078(303)3822