

1.JRRM 1001-1009 詳細情報

標準物質名称

炭素分析装置校正用標準物質: JRRM 1001-1009

分類

無機標準物質 : ガラス、窯業製品、セラミックス、無機繊維

用途

無機標準物質、窯業製品炭素分析用

品質に関する情報

ISO Guide 34 (ISO Guide 31 で記載が推奨される内容)に準じて生産された CRM

認証日・有効期限

認証日: 2006/02/28 有効期限: 特に定めない

価格

30,000 円/本(単品販売もあり) 200,000 円/9 本セット(化粧箱包装提供)

形状・包装

粉末 50g ガラス瓶詰

認証書・一覧表

[2.認証値一覧表 JRRM 1001-1009.pdf](#)、[3.Certificate JRRM 1001-1009.Eng.pdf](#)

取扱説明書・分析結果

[4.取扱説明書 JRRM 1001-1009.pdf](#)、[5.Manual JRRM 1001-1009.Eng.pdf](#)

[6.分析結果 JRRM 1001-1009.pdf](#)、[7.Results of analysis JRRM 1001-1009.Eng.pdf](#)

認証・調製・値付け機関

耐火物技術協会

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-3-13

TEL: 03-3572-0705 FAX: 03-3572-0175

頒布機関

西進商事株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-4-4

TEL: 078-303-3810 FAX: 078-303-3822