

耐火物技術協会

## 硫黄分析装置校正用耐火物標準物質系列

JRRM 1101～1106(硫黄分析用標準物質系列第1種)

## 組成値表

単位:mass%

	認証値
化学成分 (化学記号)	硫黄 (S)
JRRM 1101	0.106
JRRM 1102	0.293
JRRM 1103	1.02
JRRM 1104	1.48
JRRM 1105	2.89
JRRM 1106	4.93

上記認証値及び参考値は、110±5℃で2時間乾燥後の試料における含有率を示す。

〈認証・調製  
値付け機関〉

耐火物技術協会

〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-13

(Tel) 03(3572)0705 (Fax) 03(3572)0175

〈頒布機関〉

西進商事株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-4-4

(Tel) 078(303)3810 (Fax) 078(303)3822